

**ANEXO 1**

**Resultados validación “clorpirifos”:**

	Puntos de la recta	Concentración mg/kg
LD	P1	5
LQ	P2	10
	P3	13
	P4	16
LS	P5	20

nivel mg/kg	día 1	día 2	día 3	día 4	promedio	desviación	RSDr%	% recuperación
10	10,1	9,99	9,1	10,2	9,8	0,5	5,13	98
13	13,1	12,9	12,8	13,2	13,0	0,2	1,40	100
16	16,2	16,1	15,9	15,8	16,0	0,2	1,14	100
20	20,1	20	19,8	19,9	20,0	0,1	0,65	100

RSDR%	2,99
% recuperación promedio:	99

## ANEXO 2

### Gráficos de tendencias:

Grafico a:




Grafico b:




Grafico c:




Grafico d





Grafico e:



**ANEXO 3**

**Ejercicio de intercomparación:**

<b>Ensayo:</b>	Clorpirifos en matriz naranja	
Valor de consenso mg/kg	10	
<b>Sigma objetivo</b>	2	
<b>Nº Participantes después de eliminar valores discrepantes:</b>	10	
Laboratorio participante	z-score	
<b>1</b>	<b>-1,17</b>	
<b>2</b>	<b>0,90</b>	
<b>3</b>	<b>3,02</b>	
<b>4</b>	<b>-4,47</b>	
<b>5</b>	<b>2,82</b>	
<b>6</b>	<b>1,50</b>	
<b>7</b>	<b>0,07</b>	
<b>8</b>	<b>0,19</b>	
<b>9</b>	<b>0,10</b>	
<b>10</b>	<b>-0,98</b>	

El número asignado a nuestro laboratorio por el organizador es el **Nº 8**.